



発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A01
管理ID 1600

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230314
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A01
管理ID 1600

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230314
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.1	+0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A02
管理ID 1601

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230329
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A02
管理ID 1601

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230329
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+4.9	-0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A03
管理ID 1602

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230330
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A03
管理ID 1602

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230330
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm 2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A04
管理ID 1605

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230360
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテック



発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A04
管理ID 1605

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230360
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A05
管理ID 1606

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230407
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A05
管理ID 1606

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230407
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+4.9	-0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A06
管理ID 1607

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230432
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A06
管理ID 1607

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230432
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.1	+0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A07
管理ID 1608

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230437
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A07
管理ID 1608

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230437
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A08
管理ID 1610

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230440
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A08
管理ID 1610

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230440
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A09
管理ID 1611

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230445
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A09
管理ID 1611

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230445
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A10
管理ID 1612

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230446
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A10
管理ID 1612

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230446
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A11
管理ID 1613

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230451
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A11
管理ID 1613

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230451
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A12
管理ID 1614

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230452
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A12
管理ID 1614

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230452
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.1	+0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A13
管理ID 1615

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230469
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A13
管理ID 1615

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230469
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

